

## Ficha seguridad (MSDS)

### 1. Identificación del preparado

**Control + Influenza A+B MonlabTest® MO-804004**

### 2. Uso del preparado

Usado como control de calidad externo. Uso sólo para diagnóstico in vitro.

### 3. Identificación de la empresa

Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Tel. +34 93 433 58 60 Fax +34 93 436 38 94

### 4. Teléfono de urgencias

112 (UE)

## II. Información sobre los componentes

Extracto de antígenos de Influenza A+B inactivados y secado en hisopo estéril.

## III. Identificación de los peligros

No está clasificado como preparado peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE.

## IV. Primeros auxilios

Contacto con los ojos: no aplica.

Contacto con la piel: no aplica dada las características del producto

Tras ingestión: no aplica

## V. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción: dióxido de carbono, polvo químico seco y/o espuma dependiendo del tipo de incendio. Llevar aparatos para respirar, ropa de protección para prevenir el contacto con piel y ojos.

## VI. Medidas en caso de vertido accidental

No aplica por tratarse de un producto sólido (físico)

### VII.1. Manipulación

Se debe manipular según las buenas prácticas de laboratorio

### VII. 2. Almacenamiento

Almacenar en zona con control de temperatura, conservar entre 2-30 °C y alejado de fuentes de calor. Solo accesible por personas autorizadas.

### VIII. Controles de la exposición

No debe tomarse ningún tipo de medida específica de protección y prevención durante la utilización del producto.

Se debe tener especial cuidado con las muestras que se utilizan para realizar las pruebas, deben ser manipuladas como si se tratase de agentes infecciosos. Manipulación con guantes desechables.

### IX. Propiedades físicas y químicas

Aspecto:	Hisopo dentro de una bolsa de aluminio
Olor:	Sin olor perceptible
pH:	básico
Punto de ebullición:	N/A
Punto de inflamación:	N/A
Inflamabilidad:	N/A
Propiedades explosivas:	N/A
Propiedades comburentes:	N/A
Presión de vapor:	N/A
Densidad relativa:	N/A
Solubilidad:	-
Viscosidad:	N/A

### X. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química: estable bajo condiciones normales de uso y almacén.

1. Condiciones que deben evitarse: contacto directo con una llama, Temperaturas fuera del rango de 2-30°C, evitar almacenar en lugares con humedad elevada.
2. Materias que deben evitarse: este hisopo debe únicamente ser utilizado con el diluyente que se le facilita con el control positivo antes de realizar el test.
3. Productos de descomposición peligrosos: N/A

### XI. Información toxicológica

N/A

### XII. Ecotoxicidad

N/A

### XIII. Consideraciones relativas a la eliminación

La gestión del producto una vez utilizado debe cumplir con la legislación sobre residuos sanitarios local, nacional y comunitaria.

Una opción sería la inactivación de los posibles agentes infecciosos presentes en el producto una vez usado. Realizado en autoclave durante 1 hora a 121°C. Añadir hipoclorito sódico (10%) al contenedor y esperar 30 minutos antes de tirarlo.

### XIV. Información relativa al transporte

Al no tratarse de un producto considerado como peligroso no está sujeto a legislación sobre transporte.

#### *XV. Información reglamentaria*

No requiere condiciones especiales el etiquetado según lo establecido en la directiva de preparados peligrosos y el RD 255/2003.

Estos productos son para diagnóstico in vitro, por lo que deben cumplir los criterios descritos en la Directiva 98/79/CE, ostentando el marcado CE para su comercialización.

#### *XVI. Otra información*

Recomendaciones:

Consultar las instrucciones de uso previo a la utilización del producto

Uso profesional únicamente para diagnóstico in Vitro

Bibliografía:

RD 255/2003, de 28 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/45/CE, la Directiva 2001/60/CE y parcialmente la Directiva 2001/58/CE. Directiva 91/155/CE.

Contacto: Monlab SI Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 433 58 60 Fax: +34 93 436 38 94 email: mn.mk.calidad@monlab.com

*Fecha*

23/10/2013

*Revisión*

02